

Załącznik nr 2
do postępowania Zapytania Ofertowego nr 2.HN.2022.RPO

ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Społeczno-Charytatywna
Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu
Ul. Włocławska 169B
87-100 Toruń
NIP: 9561603640
www.hospicjumnadzieja.pl

Dane Oferenta:

Nazwa firmy	_____
Adres	_____
NIP	_____
REGON	_____

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Niniejsze zapytanie ofertowe wynika z zamiaru zlecenia zamówienia w ramach projektu pn. „*Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego wraz z zakupem wyposażenia*” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zwany w dalszej treści „**Projektem**”).

Celem głównym Projektu jest stworzenie nowej infrastruktury dedykowanej dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego dla dzieci i młodzieży. Budowa pozwoli na rozszerzenie działalności pielęgnacyjno-opiekuńczej poprzez poprawę miejsc i poprawę warunków lokalowych dla dzieci, w tym również pod respiratorami. Placówka udzielać będzie całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację małych osób zależnych, niewymagających hospitalizacji oraz zapewni im kontynuację leczenia farmakologicznego, wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także edukację. Odbiorcami świadczeń będą przede wszystkim dzieci i młodzież z dużymi deficytami samoobsługi, wymagające stałej, długotrwałej opieki i pielęgnacji.

W związku z realizacją Projektu, Zamawiający zamierza zakupić sprzęt rehabilitacyjny, zgodnie z zestawieniem poniżej:

Kabina do ćwiczeń UGUL z wyposażeniem 1 szt.

Parametry techniczne wyrobu medycznego:

- kabina pojedyncza z drabinką, stal lakierowana proszkowo, wyposażona w zestaw standardowego osprzętu wykorzystywanego w kinezyterapii. Sprzęt umożliwiający podnoszenie całkowite, ćwiczenia czynne w obciążeniu oraz czynne z oporem.

Rotor do ćwiczeń czynnych i biernych kończyn dolnych lub górnych 1 szt.

Parametry techniczne wyrobu medycznego:

- wykonany ze stali malowanej proszkowo, wymagane posiadanie mechanizmu rotacyjnego, uchwytów lub rękawic rehabilitacyjnych, pedałów lub sandałów. Umożliwienie wykonywania ćwiczeń z pozycji stojącej lub z wózka inwalidzkiego. Odczyt prędkości obrotów, liczby obrotów oraz czasu. Pokrętko do regulacji siły hamowania.

Cykloergometr 1 szt.

Parametry techniczne wyrobu medycznego:

- regulacja siodełka w pionie i poziomie; uchwyty pokryte materiałem antypoślizgowym; antypoślizgowe pedały; elektroniczna regulacja obciążenia; komputer treningowy

Zestaw do elektroterapii z osprzętem 1 szt.

Parametry techniczne wyrobu medycznego:

- dwukanałowy, przenośny, z wyświetlaczem LCD

Materac do ćwiczeń rehabilitacyjnych 5 szt.

Parametry techniczne wyrobu medycznego:

- pokrycie PCV skaden medyczny, skaj; łatwo zmywalny; odporny na przetarcia; wzmocnione naroża; wypełnienie: pianka poliuretanowa średnio twarda lub twarda; spód antypoślizgowy; wymiary 200 cm x 60-120 cm x 5-10 cm

Poręcze do nauki chodu 1 szt.

Parametry techniczne wyrobu medycznego:

- wykonane ze stalowych profili malowanych proszkowo; regulacja wysokości i rozstawu pozwalająca na dostosowanie poręczy do postury ćwiczącego; maksymalne obciążenie 150 kg

Parawan medyczny dwuskrzydłowy 2 szt.

Parametry techniczne wyrobu medycznego:

- stelaż metalowy ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo; zmywalny ekran ułatwiający czyszczenie; hamulce na kółkach dla zapewnienia stabilności parawanu; wymiary: 160-190 cm x 150-230 cm

Zamawiający informuje, że nie będzie przewidywał przedstawiania ofert wariantowych ani częściowych w ramach zlecenia zamówienia. W ramach niniejszego postępowania wymagane jest dostarczenie wszystkich wyżej wymienionych urządzeń.

Przedmiot zamówienia uznaje się za zgodny z warunkami niniejszego zapytania ofertowego, jeśli będzie spełniał warunki przedstawione w powyższej specyfikacji w sposób zgodny z minimalnymi



wymaganiami Zamawiającego lub charakteryzował się będzie lepszymi parametrami. Przedmiot zamówienia nie może mieć parametrów gorszych niż przedstawione w specyfikacji powyżej.

.....

Miejscowość i data

.....

Imię i nazwisko, podpis, pieczęć¹

¹ Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub legitymującej się właściwym upoważnieniem.