

Załącznik nr 2
do postępowania Zapytania Ofertowego nr 1.HN.2022.RPO

ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Społeczno-Charytatywna
Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu
Ul. Włocławska 169B
87-100 Toruń
NIP: 9561603640
www.hospicjumnadzieja.pl

Dane Oferenta:

Nazwa firmy _____
Adres _____
NIP _____
REGON _____

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Niniejsze zapytanie ofertowe wynika z zamiaru zlecenia zamówienia w ramach projektu pn. „*Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego wraz z zakupem wyposażenia*” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zwany w dalszej treści „**Projektem**”).

Celem głównym Projektu jest stworzenie nowej infrastruktury dedykowanej dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego dla dzieci i młodzieży. Budowa pozwoli na rozszerzenie działalności pielęgnacyjno-opiekuńczej poprzez poprawę miejsc i poprawę warunków lokalowych dla dzieci, w tym również pod respiratorami. Placówka udzielać będzie całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących zakres pielęgnację, opiekę i rehabilitację małych osób zależnych, niewymagających hospitalizacji oraz zapewni im kontynuację leczenia farmakologicznego, wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także edukację. Odbiorcami świadczeń będą przede wszystkim dzieci i młodzież z dużymi deficytami samoobsługi, wymagające stałej, długotrwałej opieki i pielęgnacji.

W związku z realizacją Projektu, Zamawiający zamierza zakupić sprzęt medyczny: wanny medyczne pielęgnacyjne, zgodnie ze specyfikacją poniżej.



Wanna medyczna pielęgnacyjna podnoszona 3 szt.

Parametry techniczne wyrobu medycznego:

- urządzenie wolnostojące; wymiary: długość max 2300 mm, szerokość max 900 mm, zakres podnoszenia min. 450 mm; masa max 230 kg; pojemność max 320 litrów niewymagające fundamentowania i obudowy, zasilane prądem jednofazowym 230V, 50Hz; zabezpieczenie układu zasilania elektrycznego w wyłącznik różnicowo-prądowy.
Wypożyczona w hydrauliczny mechanizm podnoszenia, hydromasaż podwodny min. 6 dysz, możliwość regulacji strumienia; masaż miejscowy wykonywany dyszą ręczną z możliwością pracy wspólnie z hydromasażem stacjonarnym lub osobno; baterie wody mieszalne termostatyczne; prysznic; termometr; system dezynfekcji wanny; zabezpieczenie przed zsuwaniem się osoby korzystającej z kąpeli; pilot do sterowania podnoszeniem i opuszczaniem wanny; zawór do mechanicznego opuszczania wanny przy zaniku prądu. Gwarancja min. 2 lata.

Zamawiający informuje, że nie będzie przewidywał przedstawiania ofert wariantowych ani częściowych w ramach zlecenia zamówienia.

Przedmiot zamówienia uznaje się za zgodny z warunkami niniejszego zapytania ofertowego, jeśli będzie spełniał warunki przedstawione w powyższej specyfikacji w sposób zgodny z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego lub charakteryzował się będzie lepszymi parametrami. Przedmiot zamówienia nie może mieć parametrów gorszych niż przedstawione w specyfikacji powyżej.

Zamawiający informuje również, że integralną częścią zamówienia jest montaż sprzętu na miejscu docelowego użytkowania.

.....

Miejscowość i data

.....

Imię i nazwisko, podpis, pieczęć¹

¹ Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub legitymującej się właściwym upoważnieniem.